

# Опросный лист

## Газоанализатор ФСТ-03м

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту [info@gaz-farmek.ru](mailto:info@gaz-farmek.ru)



Дата заполнения: \_\_\_\_\_

### Общая информация:

Наименование организации
Контактное лицо (ФИО)
Контактный телефон
E-mail

Газоанализатор ФСТ-03м состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и блоков датчиков (БД) от 1-ого до 8-ми.

### Блок питания и сигнализации (БПС) на выбор:

Варианты	Артикул
<input type="checkbox"/> БПС ФСТ-03м 230В	APT23014
<input type="checkbox"/> БПС ФСТ-03м 24В	APT23040

+

### Блок датчика (БД) на выбор (максимум 8 шт. в одном приборе):

Компоненты	Артикул	шт.
<input type="checkbox"/> <b>CH<sub>4</sub></b> (метан) 0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания	APT23015	
<input type="checkbox"/> <b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></b> (пропан) 0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 0-2,00 об.д., % - диапазон показания	APT23041	
<input type="checkbox"/> <b>CO</b> (угарный газ) 10-125 мг/м <sup>3</sup> - диапазон измерения 0-125 мг/м <sup>3</sup> - диапазон показания	APT23017	
<input type="checkbox"/> <b>Ex</b> (пары бензина и нефтепродуктов) 0-50 НКПР, % - диапазон измерения 0-99,9 НКПР, % - диапазон показания	APT23016	

**! Количество комплектов (БПС + БД), шт.**

### Резервные БД/ЗИП (при необходимости):

Компоненты	АРТИКУЛ	ШТ.
<input type="checkbox"/> <b>СН4 (метан)</b> 0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23015	
<input type="checkbox"/> <b>СЗН8 (пропан)</b> 0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 0-2,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23041	
<input type="checkbox"/> <b>СО (угарный газ)</b> 10-125 мг/м3 - диапазон измерения 0-125 мг/м3 - диапазон показания	АРТ23017	
<input type="checkbox"/> <b>Ех (пары бензина и нефтепродуктов)</b> 0-50 НКПР, % - диапазон измерения 0-99,9 НКПР, % - диапазон показания	АРТ23016	

### Комплект поставки газоанализатора ФСТ-03м:

Наименование	Кол-во, шт
Блок питания и сигнализации ФСТ-03М (АРТ23040/23014)	1
Насадка ПР12-12.20.003	1
Шнур	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Блок датчика ФСТ-03М СН4 (АРТ23015) с розеткой РУ07-04Т	по заказу
Блок датчика ФСТ-03М СЗН8 (АРТ23041) с розеткой РУ07-04Т	по заказу
Блок датчика ФСТ-03М СО (АРТ23017) с розеткой РУ07-04Т	по заказу
Блок датчика ФСТ-03М Ех (АРТ23016) с розеткой РУ07-04Т	по заказу
Упаковка	1
Примечание: соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят.	

### Дополнительное оборудование (при необходимости):

<input type="checkbox"/>	<b>Блок релейного расширения (АРТ234025)</b> Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.		ШТ.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо отправить заполненный опросный лист на электронную почту [info@gaz-farmek.ru](mailto:info@gaz-farmek.ru)