

Характерные неисправности газоанализатора ФП21

Перечень характерных неисправностей газоанализатора приведен в таблице:

Характерные неисправности	Способы устранения неисправностей
На индикаторе отображается сообщение «А40»	Ремонт в специализированной организации
На индикаторе отображается сообщение «А20»	
На индикаторе отображается сообщение «А01»	
Погрешность газоанализатора выходит за установленные пределы	
Отсутствие светового или звукового сигнала при проверке срабатывания сигнализации	

Корректировка чувствительности газоанализатора, если погрешность газоанализатора выходит за установленные пределы производится только в специализированной организации.